

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

AGAROSA LE alta pureza *Highway*

Para electroforesis de ácidos nucleicos
De baja electroendósmosis

Catálogo: A0100

Lote: 701

Vencimiento: 05/2023

Presentación: 100 g/ 500g

Control de calidad

Electroendósmosis (EEO): 0,05-0,13

Fuerza de gel (1,0%): 1.290 g/cm²

Temperatura de gelificación (1,5%): 36.1 °C

Sulfato: 0,096 %

Claridad (NTU) 1,5%: 2,29

Unión a ADN: no detectable

DNasa/RNasa: no detectable

Apariencia del gel 1.5%: transparente

Apariencia del sólido: blanco, fino, homogéneo

Importante:

- Control de calidad realizado: 10-2018
- Conservar a temperatura ambiente

USO EN INVESTIGACION *IN VITRO*

Habilitación Min. Salud Pcia Bs. As. DI-2019-26-GDEBA-DPRYFSMSALGP

Habilitación ANMAT N° Certificado 159/20-P



Dra Yanil R. Parma
Bioquímica
Directora Técnica INBIO
HIGHWAY S.A
www.inbiohw.com.ar